

OPIS



Aparat z aluminiowym mineralizatorem automatycznym sterowanym z poziomu komputera sterującego z zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Jednostka destylacyjna z układem automatycznego opróżniania

ZASTOSOWANIE



Aparat do oznaczania azotu Kiejdahla metodą destylacji z parą wodną



KONTAKT



Ewa Ziomek-Opalińska
ewa.ziomek-
opalinska@apsl.edu.pl

SOA

Aparat do oznaczania azotu Kiejdahla

MIEJSCE



Instytut Biologii i Nauk
o Ziemi

 Akademia
Pomorska
w Słupsku